

EXPEDIENTE: 2025-0-006 (A/SUM-047537/2024)

EMPRESARIOS QUE LA MESA DE CONTRATACIÓN PROPONE ADMITIR Y EXCLUIR DE LA LICITACIÓN DEL EXPEDIENTE “ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE DE QUIRÓFANO PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR” (14 LOTES)”.

Han presentado oferta las siguientes empresas:

Licitador	Razón social	NIF
1	GVB-SPES ESPO S.L.	B98938541
2	TELIC, S.A.	A08733578
3	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, S.A.	A28899003
4	KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA, S.A.	A78936606
5	SCHNEIDER MEDIZIN, S.L.	B82416264
6	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.	B86030723
7	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	A28389484
8	COOK ESPAÑA,S.L.	B08525073
9	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	A08092744
10	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	B80957889
11	AB MEDICA GROUP,S.A.	A08736431
12	GRIFOLS MOVACO, S.A.	A58426008
13	BARNA IMPORT MEDICA, S.A.	A58001686
14	IHT MEDICAL, S.A.	A59077941
15	STRYKER IBERIA, S.L.	B82173451
16	ERBE ESPAÑA SOLUCIONES MEDICAS,S.L.	B05433586
17	KABANA LABS S.L.	B87132486
18	BIOCLAR SL	B96439724
19	ALAY PRODUCTOS CLINICOS, S.A.	A20103321
20	SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBERICA,S.L.	B65083016
21	INTRAVEN, S.L.	B78341369
22	VYGON, S.A.	A28536480
23	DEXTROMEDICA, S.L.	B46149555
24	SOINDE NEURO S.L.	B72898927
25	TGH ENDOSCOPIA,S.L.	B80561293
26	PRIM, S.A.	A28165587

Empresas licitadoras admitidas:

Licitador	Razón social	NIF	Lotes
2	TELIC, S.A.	A08733578	9
3	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, S.A.	A28899003	4
4	KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA, S.A.	A78936606	3 y 13
6	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.	B86030723	8, 11 y 12
7	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	A28389484	2, 6 y 11
9	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	A08092744	5
10	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	B80957889	9
12	GRIFOLS MOVACO, S.A.	A58426008	5
13	BARNA IMPORT MEDICA, S.A.	A58001686	12
15	STRYKER IBERIA, S.L.	B82173451	2 y 14
17	KABANA LABS S.L.	B87132486	12
25	TGH ENDOSCOPIA,S.L.	B80561293	1
26	PRIM, S.A.	A28165587	2

Empresas licitadoras excluidas y motivos de exclusión:

LOTE	LICITADOR	REQUISITO EXIGIDO EN EL PPT	OFERTA PRESENTADA
10	GVB-SPES ESPO S.L.	Con cuatro electrodos, dos dobles intramusculares de registro de E.M.G y dos simples subdérmicos, codificados por colores.	El producto licitado es una única unidad que consta de 4 electrodos en envase estéril y, el producto presentado consta de 4 envases individuales cada uno de ellos con cables independientes. Además, en las dos muestras presentadas se comprueba que los cables de iguales características no son del mismo color, lo cual dificulta su identificación.
2	TELIC, S.A.	Material: Tungsteno puro, mínimo 99,90 % de pureza.	No especifica.
		Punta recta de 3cm con funda protectora.	Con la muestra presentada se comprueba que la punta es inferior a 3 cm.
11		Cable de 4,5 mts	Tanto en ficha técnica como en muestra presentada, el cable tiene una longitud de 3 mts.

LOTE	LICITADOR	REQUISITO EXIGIDO EN EL PPT	OFERTA PRESENTADA
		Provisto de cartuchera	Con la muestra presentada se comprueba que no dispone de cartuchera sino que viene dentro de una bolsa de plástico.
2	SCHNEIDER MEDIZIN, S.L.	Punta recta de 3cm con funda protectora.	En la documentación técnica indica 3cm. Sin embargo, con la muestra presentada se comprueba que la longitud de la punta es de 2cm. Además, la foto que aparece en su ficha técnica no se corresponde con la muestra presentada.
4	COOK ESPAÑA,S.L.	Producto sanitario clase: IIa	En la documentación técnica presentada la clasificación del producto sanitario es I estéril.
2	AB MEDICA GROUP,S.A.	Punta recta de 3cm con funda protectora.	Con la muestra presentada se comprueba que la punta es inferior a 3 cm.
		Con aislamiento de PTFE.	No indica en su documentación técnica
2	IHT MEDICAL, S.A.	Material: Tungsteno puro, mínimo 99,90 % de pureza.	Material del Electrodo: Tungsteno superior al 95%.
		Clase de producto sanitario: IIb	No indica en su documentación técnica.
2	ERBE ESPAÑA SOLUCIONES MEDICAS,S.L.	Punta recta de 3cm con funda protectora.	Con la documentación técnica y muestra presentada se comprueba que la punta es de 4cm
2	BIOCLAR, SL	Punta recta de 3cm con funda protectora.	Con la documentación técnica y muestra presentada se comprueba que la punta es de 2cm
9	ALAY PRODUCTOS CLINICOS, S.A.	Tamaño estándar, aproximadamente 17 x12cm. Con la conexión al cable en la mitad del lado más largo.	Con la muestra se comprueba que la placa presentada es cuadrada con un tamaño de 13x13cm, con la conexión en la mitad de uno de los lados, contando con la conexión al cable llega a las medidas de 16x13cm que es lo que indica en su ficha técnica.
		El proveedor deberá suministrar sin coste añadido para este Hospital los cables de conexión de 5 metros.	Nuestros cables de 5 metros son reutilizables y muy duraderos gracias a su gran calidad, por lo tanto, teniendo en cuenta el consumo realizado en otros centros, estimamos suficiente el entregarles cables sin cargo en la proporción de 1 cable por cada 500 placas.

LOTE	LICITADOR	REQUISITO EXIGIDO EN EL PPT	OFERTA PRESENTADA
1	SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBERICA,S.L.	Cánula de aspiración Frazier con mango de control de succión	Tanto en ficha técnica como en muestra presentada, se comprueba el producto presentado no es una cánula de aspiración con mango de control sino que son dos piezas independientes.
12		Medidas: 70cmx140cm aproximadamente	La alfombra presentada tiene unas dimensiones de: 81x122 cm, no ajustándose, por tanto, a la finalidad a la que está destinada.
		Capacidad de absorción: mínimo 3.000 gr/m2	En su ficha técnica indica que la capacidad de absorción es de 1,4 litros/m2
		Formada por 3 capas	El producto presentado sólo tiene una capa.
12	INTRAVEN, S.L.	Toda la documentación deberá presentarse en castellano o traducida oficialmente a dicha lengua	No ha sido valorada ya que su documentación técnica no está en castellano ni traducida oficialmente a dicha lengua, conforme al Punto 9 de la Cláusula Primera del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
5	VYGON, S.A.	Marcas reflectoras de alta visibilidad.	Con la muestra presentada se comprueba las marcas reflectoras son de escasa visibilidad.
		Con indicadores ecogénicos en los dos últimos cm de la aguja.	Con la documentación técnica y muestra presentada se comprueba que carece de estos indicadores.
		Con código de seguridad consistente en tres tramos hiperecoicos (uno largo y dos cortos) antes de la punta.	Con la documentación técnica y muestra presentada se comprueba que carece de dicho código de seguridad.
		Pabellón ergonómico con indicador de orientación del bisel.	Con la muestra presentada se comprueba que carece de indicador de orientación del bisel. Además, tiene una conexión luer-lock entre el mango y la alargadera lo cual es un riesgo ya que pueden producirse desconexiones accidentales.
9	DEXTRO	Tamaño estándar, aproximadamente 17 x12cm.	En su documentación técnica indica superficie activa: 128.50mm, Superficie total: 136.50mm
		Con la conexión al cable en la mitad del lado más largo.	Con la muestra presentada se comprueba que la conexión al cable está localizada en la mitad del lado corto.
		Baja impedancia	No especifica.

LOTE	LICITADOR	REQUISITO EXIGIDO EN EL PPT	OFERTA PRESENTADA
		El proveedor deberá suministrar sin coste añadido para este Hospital los cables de conexión de 5 metros.	No específica
11		Cable de 4,5 mts	En la documentación técnica presentada el cable es de 3 mts
10	SOINDE NEURO S.L.	Presentación de muestras, según lo previsto en el punto 9 de la cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.	Muestras fuera del plazo de presentación de ofertas, por lo que no ha podido valorarse el cumplimiento de las especificaciones exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
9	PRIM, S.A.	Con la conexión al cable en la mitad del lado más largo.	Con la muestra presentada se comprueba que la conexión al cable está localizada en la mitad del lado corto.

Madrid, a día de la fecha
El Secretario de la Mesa de Contratación,

Firmado digitalmente por: ANGULO HOYAS DAVID
Fecha: 2025.02.03 12:10

Fdo.: David Angulo Hoyas