



EXPEDIENTE: 2023000067

OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto el suministro de GUÍAS PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, para cubrir las necesidades de Hemodinamia Adultos del Hospital Ramón y Cajal.

LOTE	Nº ORDEN	ARTÍCULO
1	1	GUIA ANGIOPLASTIA CORONARIA SOPORTE ALTO <ul style="list-style-type: none">- Guía para angioplastia de 0.014"- Alma de nitinol sin llegar a la punta.- Radiopacidad de la punta de 2 cm.- Recubrimiento hidrofílico de la punta.- Gramaje de la punta de 2.5 g y 2.9 g.- Dos niveles de soporte: ligero y moderado.- Longitudes de 185 y 300 cm
2	2	GUIA ANGIOPLASTIA CORONARIA PARA LESIONES COMPLEJAS <ul style="list-style-type: none">- Alma de acero inoxidable hasta la punta y sin transiciones.- Recubrimiento polimérico completo de 30 cm e hidrofílico completo.- 3 centímetros radiopacos con torque 1:1- Posibilidad de diversos soportes y gramajes de punta, de 0.8 g, 1.0 g y 1.2 g.- Longitudes de 190 y 300 cm
3	3	GUIA ANGIOPLASTIA CORONARIA DE ACERO INOXIDABLE DE UNA SOLA PIEZA <ul style="list-style-type: none">- Guías para angioplastia de 0.014" de acero inoxidable con alma hasta la punta.- Núcleo compuesto con alambre trenzado y coil interno de 6 alambres trenzados.- Alma de acero hasta la punta.- Disponible en varios gramajes de punta 0,5 g, 0.7 g y 0.8 g.- 3 cm punta radiopaca.- Longitudes de 190 y 300 cm.
4	4	GUIA ANGIOPLASTIA CORONARIA PARA OCLUSIONES CRÓNICAS CON MICROCANALES <ul style="list-style-type: none">- Guía para angioplastia de 0.014" con alma de acero inoxidable- Coil interno de 6 alambres trenzados.- 16 cm de spring coil, y funda polimérica.- Disponible peso de punta 0,6 g y 1 g.- Longitud radiopaca de 16 cm.
4	5	GUIAS DE ANGIOPLASTIA CORONARIA PARA OCLUSIÓN TOTAL CRÓNICA DE ALTA RIGIDEZ PARA ACCESO RETROGRADO Y ANTEROGRADO <ul style="list-style-type: none">- Guía para angioplastia de 0.014".- Alma de acero inoxidable con tecnología de doble coil.- Punta micro cónica de 1 mm mini-preformada a 45º, conficada (0.010"; 0.11" y 0.12").- Longitud radiopaca de 15 cm.- Peso de la punta disponible en 1.7 g; 3.5 g; y 4.5 g.

LOTE	Nº ORDEN	ARTÍCULO
4	6	<p>GUIA ANGIOPLASTIA PARA NAVEGAR POR COLATERALES/EPICARDICAS MUY TORTUOSAS EN ACCESO RETROGRADO DE OCLUSIÓN TOTAL CRÓNICA.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Guía de angioplastia de 0.014" - Alma de acero inoxidable. - Doble coil con punta micro preformada sin llegar a la punta de 7 alambres trenzados. - Longitud radiopaca de 3 cm. - Gramaje de la punta de 0.3 g.
4	7	<p>GUIA ANGIOPLASTIA MUY LARGA PARA EXTERNALIZACIÓN PARA OCLUSIONES TOTALES CRÓNICAS PARA ACCESO RETRÓGRADO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Guía de angioplastia de 0.010" - Alma de acero inoxidable con spring coil de 8 cm. - Gramaje de la punta de 3 g. - Longitud de 330 cm y recta.
4	8	<p>GUIAS ANGIOPLASTIA CORONARIA PARA OCLUSIÓN TOTAL CRÓNICA DE ALTA-MUY ALTA RIGIDEZ PARA ACCESO RETRÓGRADO Y ANTERÓGRADO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Guía de angioplastia de 0.014" - Alma de acero inoxidable hasta la punta con 20 cm de spring coil - Recubrimiento hidrofílico - Punta conificada (0.009") radiopaca los 20 cm. - Disponibles en gramajes de punta de 9 g y 12 g.
5	9	<p>GUIA PREFORMADA DE 0.035" VARIAS CURVAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Guía preformada para facilitar la introducción de dispositivos compatibles con 0.035" como las TAVIS. - Material del núcleo de acero inoxidable - Curvas extrapequeñas, pequeñas y grandes - Longitud 275 cm
6	10	<p>GUIA DE ATERECTOMIA ROTACIONAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Guía de aterectomía rotacional para usar con sistema Rotablator. - Guía metálica de 0.009" sin recubrimiento. - Longitud de 330 cm. - Compatible con sistema de aterectomía rotacional.
7	11	<p>GUIA DE ATERECTOMIA ORBITAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Guía de 0.012"/0.014" compatible y para usar con sistema de aterectomía orbital. - Cuerpo de nitinol, flexible. - Punta de platino/tungsten. atraumática y radiopaca. - Longitud de 325 cm.




ANEXO:

1. Se aportará el correspondiente y obligado marcado CE de cada artículo.
2. Todas las medidas de cada una de las referencias de los artículos ofertados deberán venir expresadas en medidas europeas.
3. Todos los artículos deberán cumplir la normativa vigente en cada caso.
4. Aquellos productos que lo requieran, deberán incluir el certificado de exención de látex.
5. Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación técnica:
 - Relación de productos ofertados.
 - Ficha técnica del producto, catálogos y toda aquella información que el licitante considere oportuna, para la realización de informe técnico.A la hora de valorar dicho informe, solo se tendrá en cuenta la documentación presentada en castellano.
6. Muestras solicitadas para la evaluación de los productos: **NO**.
En caso de ser necesarias se solicitarían con posterioridad.
7. Etiquetado en el que figure:
 - a. La denominación del artículo.
 - b. El método de esterilización utilizado.
 - c. Las fechas de caducidad del producto.
 - d. El número de lote.
 - e. La referencia comercial.
 - f. Marcado CE.
 - g. Toda la información será perfectamente legible y estará en castellano.
8. Si durante el plazo de ejecución del contrato, incluido el período prorrogado, se presentan nuevos artículos que bien sustituyan a los inicialmente adjudicados o bien convivan con ellos, los adjudicatarios están obligados a proponer sustituciones de los productos o materiales seleccionados por otros que incorporen avances o innovaciones tecnológicas que mejoren las prestaciones o características de los adjudicados, siempre que su precio sea igual o inferior al inicialmente adjudicado y cumplan con los requisitos legales y administrativos determinados en la contratación del artículo primitivo. Asimismo, se puede aceptar ampliación de referencias para un mismo artículo permaneciendo invariable el precio.



Fdo. Dr. J.L. Zamorano Gómez
Jefe de Servicio de Cardiología



Fdo. Dr. F. Roldán Moll
SUBDIRECTOR AREA MÉDICA

 Hospital Universitario Ramón y Cajal SERVICIO DE SUMINISTROS SUMC	ANEXO AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ANEXO 25
---	---	-----------------

P.A. 2023000067

LOTE	N.O.	ARTICULO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA (12 meses)	PRECIO UNIDAD MEDIDA (IVA no incluido)	BASE IMPONIBLE	TIPO IVA	TOTAL IVA	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (IVA incluido)
1	1	GUJA ANGIOPLASTIA CORONARIA SOPORTE ALTO	UNIDAD	30	65,00	1.950,00	21,00	409,50	2.359,50
2	2	GUJA ANGIOPLASTIA CORONARIA PARA LESIONES COMPLEJAS	UNIDAD	180	74,00	13.320,00	21,00	2.797,20	16.117,20
3	3	GUJA ANGIOPLASTIA CORONARIA DE ACERO INOXIDABLE DE UNA SOLA PIEZA	UNIDAD	1.135	95,00	107.825,00	21,00	22.643,25	130.468,25

4	4	GUJA ANGIOPLASTIA CORONARIA PARA OCLUSIONES CRÓNICAS CON MICROCANALES	UNIDAD	90	95,00	8.550,00	21,00	1.795,50	10.345,50
4	5	GUJA ANGIOPLASTIA CORONARIA PARA OCLUSION TOTAL CRÓNICA DE ALTA RIGIDEZ PARA ACCESO RETROGRADO Y ANTEROGRADO	UNIDAD	15	160,00	2.400,00	21,00	504,00	2.904,00
4	6	GUJA ANGIOPLASTIA PARA NAVEGAR POR COLATERALES/EPICARDICAS MUY TORTUOSAS EN ACCESO RETROGRADO DE OCLUSION TOTAL CRÓNICA	UNIDAD	5	347,00	1.735,00	21,00	364,35	2.099,35
4	7	GUJA ANGIOPLASTIA MUY LARGA PARA EXTERNALIZACIÓN PARA OCLUSIONES TOTALES CRÓNICAS PARA ACCESO RETROGRADO	UNIDAD	10	160,00	1.600,00	21,00	336,00	1.936,00
4	8	GUJA ANGIOPLASTIA CORONARIA PARA OCLUSION TOTAL CRÓNICA DE ALTA-MUY ALTA RIGIDEZ PARA ACCESO RETROGRADO Y ANTEROGRADO	UNIDAD	10	95,00	950,00	21,00	199,50	1.149,50
TOTAL LOTE 4						15.235,00		3.199,35	18.434,35

5	9	GUJA PREFORMADA DE 0.035" VARIAS CURVAS	UNIDAD	210	124,00	26.040,00	21,00	5.468,40	31.508,40
6	10	GUJA DE ATRECTOMIA ROTACIONAL	UNIDAD	25	124,00	3.100,00	21,00	651,00	3.751,00
7	11	GUJA DE ATRECTOMIA ORBITAL	UNIDAD	50	119,00	5.950,00	21,00	1.249,50	7.199,50

IMPORTE TOTAL:	173.420,00		36.418,20	209.838,20
-----------------------	-------------------	--	------------------	-------------------