

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitían acceder al original

**EXPTE.: A/SUM-008095/2023**

## **PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL FUNGIBLE DE ANESTESIA Y VENTILOTERAPIA CON DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO EL ESCORIAL (11 LOTES)**

### **1.- OBJETO DEL CONTRATO**

El presente contrato tiene por objeto la adquisición de diverso material fungible de anestesia y ventiloterapia con destino al Hospital El Escorial, dividido en 11 lotes.

Las cantidades solicitadas son aproximadas, habiendo sido estimadas según los consumos del centro, pudiendo aumentar o disminuir según necesidades del mismo, sin posibilidad de modificar el precio de adjudicación

### **2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES**

#### **2.1 CARACTERÍSTICAS COMUNES A TODOS LOS LOTES**

Si en la descripción se utilizase algún nombre y/o referencia sujeta a propiedad comercial, deberá entenderse como referencia para localizar el producto en cuestión sin que en ningún caso sea obligatorio ofertar dicho producto.

Las especificaciones son orientativas, por lo que las empresas concursantes podrán incluir en sus ofertas, materiales de características similares admitiéndose todas aquellas propuestas que cumplan los requisitos técnicos y funcionales que se han establecido en este pliego.

Las medidas reflejadas en el presente pliego deben tomarse como aproximadas, pudiendo el Hospital adjudicar medidas no exactamente iguales en tanto que el producto no varíe su funcionalidad.

Todos los productos ofertados deberán cumplir con los requerimientos de legalidad y autorización de comercialización establecidos en la normativa nacional y comunitaria.

Deberá figurar en el envase de los productos como mínimo los siguientes datos:

- Identificación de la empresa
- Identificación del producto
- Referencia del producto
- Número de lote
- Fecha de envasado
- Fecha de caducidad
- Número de unidades contenidas
- Marcado CE
- Símbolo “libre de látex”
- Símbolo de “Estéril”
- Envase clínicamente limpio

El producto se presentará en envase individual de fácil apertura que garantice su estabilidad y esterilidad.

Todos los productos tendrán en el momento de su entrega una caducidad superior a los 18 meses, de otra forma se procederá a su devolución y retirada a cargo del proveedor.

Los plazos de entrega serán de **24 horas** para pedidos urgentes; para el resto de pedidos será de **96 horas**.

En caso de rotura de stock y desabastecimiento el proveedor comunicará esta situación de forma inmediata.

Los adjudicatarios no podrán imponer ninguna exigencia en cuanto a solicitudes de pedidos mínimos por parte del hospital.

Se facilitará un servicio de atención a la gestión de pedidos que comprenderá al menos un teléfono y dirección de correo electrónico que estarán operativos todos los días laborables de 9:00 hs. 15:00 hs.

Todas las fichas técnicas, manuales y cualquier otra documentación necesaria, referente al producto y su utilización deberán presentarse en castellano.

**MUESTRAS:** Cada licitador deberá aportar (dentro del plazo de presentación de ofertas) un mínimo de cuatro muestras de cada uno de los productos de cada lote a que presente oferta, sin coste para el hospital. Todas las muestras deberán estar **identificadas con el número de expediente y lote** y acompañadas de las fichas técnicas o documentación necesaria para comprobar el cumplimiento de las prescripciones técnicas. El lugar de entrega de las muestras será el Almacén General del Hospital Universitario El Escorial.

## 2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS LOTES

LOTE	DESCRIPCIÓN
1	MASCARILLAS LARINGEAS GEL
2	MASCARILLAS DE ANESTESIA PVC CON VÁLVULA
3	RESUCITADORES
4	CIRCUITO RESPIRATORIO PARA ANESTESIA
5	FILTRO BACTERIANO PARA RESPIRADOR CON ALARGADERA
6	NEBULIZADOR SIN BOQUILLA
7	MASCARILLA OXIGENOTERAPIA ALTA CONCENTRACIÓN ADULTO C/RESERVORIO C/VÁLVULA
8	MASCARILLA CON NEBULIZADOR
9	ALARGADERA OXIGENO 7M
10	CANULA NASAL OXIGENOTERAPIA
11	AGUA ESTERIL 325ML C/ADAPTADOR HUMIDIFICADOR

LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO NEXUS	MASCARILLAS LARINGEAS GEL	CANTIDAD ESTIMADA 24 MESES
1	1	104731	MASCARILLA LARINGEA Nº 5	25
	2	104428	MASCARILLA LARINGEA Nº 4	600
	3	104427	MASCARILLA LARINGEA Nº 3	50

LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO NEXUS	MASCARILLAS DE ANESTESIA PVC CON VÁLVULA	CANTIDAD ESTIMADA 24 MESES
2	4	117660	MASCARILLA PVC CON VALVULA Nº 6	900
	5	102129	MASCARILLA PVC CON VALVULA Nº 5	1.500
	6	102130	MASCARILLA PVC CON VALVULA Nº 4	150
	7	102720	MASCARILLA PVC CON VALVULA Nº 3	50
	8	101881	MASCARILLA PVC CON VALVULA Nº 2	50

LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO NEXUS	RESUCITADORES	CANTIDAD ESTIMADA 24 MESES
3	9	100520	RESUCITADOR COMPLETO C/MASCARILLA SILICONA Nº 5	160
	10	100646	RESUCITADOR COMPLETO C/MASCARILLA SILICONA Nº 3	20

LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO NEXUS	CIRCUITO RESPIRATORIO PARA ANESTESIA	CANTIDAD ESTIMADA 24 MESES
4	11	104433	CIRCUITO RESPIRADOR NO EXTENSIBLE 1,6MX22MM CON CODO FIJO BALON ADULTO 2 L	700

LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO NEXUS	FILTRO BACTERIANO PARA RESPIRADOR CON ALARGADERA	CANTIDAD ESTIMADA 24 MESES
5	12	104429	FILTRO BACTERIANO PARA RESPIRADOR CON ALARGADERA	5.600

LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO NEXUS	NEBULIZADOR SIN BOQUILLA	CANTIDAD ESTIMADA 24 MESES
6	13	104601	NEBULIZADOR SIN BOQUILLA	12.000

LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO NEXUS	MASCARILLA OXIGENOTERAPIA ALTA CONCENTRACIÓN ADULTO C/RESERVORIO C/VÁLVULA	CANTIDAD ESTIMADA 24 MESES
7	14	104901	MASCARILLA OXIGENOTERAPIA CONCENTRACIÓN VARIABLE ADULTO SIN PVC	6.000

LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO NEXUS	MASCARILLA CON NEBULIZADOR	CANTIDAD ESTIMADA 24 MESES
8	15	100521	MASCARILLA NEBULIZACIÓN PEDIATRICA	2.000
	16	100125	MASCARILLA NEBULIZACIÓN ADULTO	5.000

LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO NEXUS	ALARGADERA OXIGENO 7M	CANTIDAD ESTIMADA 24 MESES
9	17	100149	ALARGADERA OXIGENO 7M	3.600

LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO NEXUS	CANULA NASAL OXIGENOTERAPIA	CANTIDAD ESTIMADA 24 MESES
10	18	100121	CANULA NASAL OXIGENOTERAPIA ADULTO	12.000
	19	100517	CANULA NASAL OXIGENOTERAPIA PEDIATRICA	400
	20	102997	CANULA NASAL OXIGENOTERAPIA NEONATAL	200

LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO NEXUS	AGUA ESTERIL 325ML C/ADAPTADOR HUMIDIFICADOR	CANTIDAD ESTIMADA 24 MESES
11	21	104330	AGUA ESTERIL 325ML C/ADAPTADOR HUMIDIFICADOR	5.400

## 2.3 CARACTERÍSTICAS PARTICULARES POR LOTE

### **Lote 1 – Mascarillas laríngeas gel**

Cánula supraglótica anatómica sin balón de inflado, atraumática, con canal gástrico independiente.

Posibilidad de intubar a través. Con bloque mordedor y retentor epiglotis.

Compatible con Resonancia Magnética.

Producto de un solo uso. Producto libre de látex, sin DEHP y sin PVC.

Estéril, de un solo uso.

### **Lote 2– Mascarillas de anestesia PVC con válvula**

Mascarilla de ventilación manual para anestesia.

Transparente, conexiones estándar para acoplamiento de balón reservorio de oxígeno.

Acoplamiento neumático y válvula para regular inflado de la almohadilla.

Diseño ergonómico y aromáticas.

Libre de látex.

Con anillo para fijación del arnés en todos los tamaños con código de color.

En envase individual.

### **Lote 3– Resucitadores**

Sistema de resucitación completo y listo para su uso.

Con mascarilla transparente semi-rígida con válvula de inflado.

Alargadera de oxígeno de 3 m.

Balón de resucitación y bolsa reservorio de oxígeno.

Válvula de descompresión (40 cm. H<sub>2</sub>O)

Conexión al paciente giratoria.

Con asa para facilitar el agarre.

Libre de látex.

En envase individual.

### **Lote 4 – Circuito respiratorio para anestesia**

Circuito de doble ramal coarrugado de plástico transparente, flexible y moldeable.

Bajo perfil y ligero (<150 g.)

Diámetro del tubo 22 mm.

Extremos terminales rectos, con conexiones universales de 22 mm.

Longitud regulable de 1,5-2 m. aproximadamente.

Con conector acodado y puerto para toma de capnografía.

Tubo prolongador coarugado de 150 cm. de longitud con conexiones terminales rectas de 22 mm. de diámetro.

Bolsa reservorio de 2 l. de capacidad no colapsable.

Adaptador de 22 mm.

Mínima resistencia al paso del flujo.

Compatible frente a cualquier tipo de gases anestésicos o respiratorios.

Libre de látex.

En envase individual.

#### **Lote 5 – Filtro bacteriano para respirador con alargadera**

Filtro externo bidireccional hidrófugo e intercambiador de calor-humedad.

De bajo volumen, con carcasa de material plástico transparente con bordes redondeados.

Con conexiones cónicas 15/22 mm. a circuito externo y toma de capnógrafo con tapón de seguridad integrado.

Preferentemente con tubo extensible coarugado de 20 cm. de longitud aproximadamente.

Impermeable al paso de líquidos.

Alta eficacia de filtración bacteriana y viral, y de humidificación.

Mínima resistencia al flujo de ventilación.

Reducido espacio muerto.

Exento de látex.

En envase individual.

#### **Lote 6 - Nebulizador sin boquilla**

Depósito rígido, transparente, calibrado, con sistema antivuelco y cierre seguro.

Conexiones estándar de unos 10cc de capacidad aproximadamente que asegure un volumen residual mínimo.

Con posibilidad de nebulizar en cualquier posición y que asegure tiempos de aproximadamente 15 minutos de terapia.

Se aportará información del diámetro medio de partículas nebulizadas, incluyendo la curva de distribución.

Producto exento de látex

#### **Lote 7 - Mascarilla oxigenoterapia alta concentración adulto c/reservorio c/válvula**

Mascarilla de material plástico transparente, con reborde facial siliconado flexible, adaptable anatómicamente y atraumático. Ajuste nasal tipo muelle integrado.

Necesarias en los agujeros laterales para la salida de aire espirado, la existencia de válvulas unidireccionales reposicionables.

Bolsa reservorio con capacidad para 1000cc. con entramado anticlapso.

Producto exento de látex.

#### **Lote 8 - Mascarilla con nebulizador**

Mascarilla de material plástico transparente, con reborde facial siliconado flexible, adaptable anatómicamente y atraumático, con orificios laterales. Ajuste nasal tipo muelle integrado.

Con cinta de sujeción adaptable, regulable, cómoda para el paciente, con los topes hacia fuera y que no se desconecte con facilidad.

Nebulizador:

Depósito rígido, transparente, calibrado, con sistema antivuelco y cierre seguro.

Conexiones estándar de unos 10cc de capacidad aproximadamente que asegure un volumen residual mínimo.

Con posibilidad de nebulizar en cualquier posición y que asegure tiempos de aproximadamente 15 minutos de terapia.

Se aportará información del diámetro medio de partículas nebulizadas, incluyendo la curva de distribución.

Producto exento de látex.

#### **Lote 9- Alargadera oxígeno 7m**

Tubo de material plástico transparente, flexible y antiacodable.

Con lumen interior estriado que evite que cualquier obstrucción la colapse.

Longitud aproximada 7m.

Con conexiones estándar en ambos extremos y perfectamente ajustables a las tomas de O2.

Producto exento de látex

### **Lote 10- Cánula nasal oxigenoterapia**

Adaptador nasal de material plástico transparente y flexible.

Con dos cánulas o vástagos de igual calibre y longitud adaptable a las fosas nasales con un orificio terminal que no produzca irritación ni lesión al paciente.

Sistema de sujeción antideslizamiento para mejor fijación anatómica a ambos pabellones auriculares del paciente.

Adaptable a la anatomía del rostro del paciente y confortable.

Facilidad de manejo y uso.

Tubo flexible de longitud mínima 1,8 m., antiacodable, con conexión estándar para conectar a toma de oxígeno. Cánula con vástagos nasales de textura siliconada para evitar lesiones en el epitelio nasal, con diseño “multi-canal” para evitar la oclusión de ésta en caso de estar sometida a presiones o torsiones.

Producto exento de látex

### **Lote 11 - Agua estéril 325ml c/adaptador humidificador**

Botella de agua destilada estéril, con sistema cerrado y conexión a tubo de O2.

Incluye el adaptador de humidificador desechable para la botella. Estéril.

Se admiten capacidades superiores hasta 500 ml.

Producto exento de látex.

EL DIRECTOR GERENTE

Firmado digitalmente por: GARCÍA-CAPELO PÉREZ JUAN PABLO  
Fecha: 2023.03.02 12:32