

P.A. 2020 – 0 – 005

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE JERINGAS  
PRECARGADAS DE CLORURO SÓDICO AL 0,9%**

**1. OBJETIVO Y ALCANCE.**

El presente pliego regula las condiciones técnicas que deberán cumplir los productos sanitarios objeto de esta licitación para el suministro de JERINGAS PRECARGADAS DE CLORURO SÓDICO AL 0,9%, para atender las necesidades asistenciales del Hospital Clínico San Carlos.

**2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ARTÍCULO**

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 126.5.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, los productos ofertados por los distintos licitadores habrán de acreditar el cumplimiento de las siguientes exigencias funcionales y de diseño.

LOTE ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	296017	<p><b>JERINGA PRECARGADA DE SUERO SALINO &gt;3 ML PARA LAVADO CATÉTERES INTRAVENOSOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jeringa precargada solución de Cloruro sódico (CL NA 0.9%).</li> <li>• Cada mililitro contiene 9 miligramos de Cloruro Sódico.</li> <li>• La jeringa tendrá 5 ml de SSF al 0,9%</li> <li>• Diseñada para ser usada en el lavado de catéteres intravenosos que no requieran un manejo estéril siempre que la esterilización externa no sea esencial, y con todo tipo de catéteres que se utilicen en condiciones no estériles.</li> <li>• Material de la jeringa: Polipropileno.</li> <li>• Diámetro del cuerpo de la jeringa de al menos 1,2 cm para disminuir presiones y posibles lesiones venosas.</li> </ul>

Madrid, a 8 de enero de 2020

Fdo.: D. Juan Manuel Berzosa Grande

Supervisor de Recursos Materiales de Enfermería



P.A. 2020 – 0 – 005

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE JERINGAS  
PRECARGADAS DE CLORURO SÓDICO AL 0,9%**

LOTE ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• En envase individual, de un solo uso, con contenido y recorrido de fluido estéril.</li> <li>• Cono luer-lock estándar, dotado de tapón de cierre, compatible con cualquier llave de tres pasos y conector para acceso vascular.</li> <li>• Émbolo antirreflujo formado por un vástago que se deslice suavemente y que, en ningún caso, debe ser de color azul o malva.</li> <li>• Cuerpo de la jeringa transparente, el cual llevará impreso (en castellano y con simbología internacionalmente aceptada) de forma indeleble:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Denominación del artículo.</li> <li>○ Escala medidora nítida y precisa.</li> <li>○ Método de esterilización.</li> <li>○ Número de lote.</li> <li>○ Referencia comercial.</li> <li>○ Fecha de caducidad.</li> <li>○ Marcado C.E.</li> </ul> </li> <li>• Tope trasero de seguridad.</li> <li>• Apirógeno</li> <li>• Se requiere ausencia de látex, DEPH y Bisfenol A.</li> </ul>

**3. ACTUACIONES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO**

La empresa adjudicataria realizará, para los profesionales implicados, actuaciones de transferencia de conocimiento en la correcta práctica clínica del manejo de los productos suministrados.



Madrid, 8 de enero de 2020

Fdo.: D. Juan Manuel Berzosa Grande  
Supervisor de Recursos Materiales de Enfermería





La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.Pajpajur.com/csv](http://www.Pajpajur.com/csv)  
mediante el siguiente código seguro de verificación: 098245251514960501574



ANEXO AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
P.A. 2020-0-005  
SUMINISTRO DE JERINGAS PRECARGADAS DE CLORURO SÓDICO AL 0,9%

Lote/Item	Códigos	Descripción	Consumo estimado 24 meses	Unidad/€ sin IVA	Unidad/€ con IVA	Base imponible	Importe IVA (21%)	TOTAL € c/IVA
1	296017	JERINGA PRECARGADA DE SUERO SALINO >3 ML LAVADO CATETERES	2.016.000	0,19	0,23	383.040,00	80.438,40	463.478,40
<b>IMPORTE TOTAL</b>						<b>383.040,00</b>	<b>80.438,40</b>	<b>463.478,40</b>

Madrid, 8 de enero de 2020

Fdo: D. Juan Manuel Berzosa Grande  
Supervisor de Recursos Materiales de Enfermería