

Nº. EXPEDIENTE: FVA 2023-1-24 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE PARA NEURORADIOLOGIA INTERVENCIONISTA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

1.-OBJETO

El presente contrato tendrá por objeto la adquisición MATERIAL FUNGIBLE PARA NEURORADIOLOGIA INTERVENCIONISTA, que ha sido declarado desierto en el expediente PAPC 2022-1-31, para una correcta actividad asistencial del Servicio de Radiología (Neuroradiología) del Hospital Universitario de Getafe.

2.- CUADRO DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

LOTE	ORDEN	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD 24 meses	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	BASE IMPONIBLE	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL
CATÉTERES DE DIAGNÓSTICO/ SELECTIVOS									
1	Lote 1: Catéter de diagnóstico angiográfico. Catéter diagnostico selectivo, amplio diámetro interno, compatible con guía de 0,038", debe permitir el paso de coils metálicos, recubrimiento distal hidrofílico, doble malla trenzada de acero inoxidable salvo en los últimos 15 cm. Longitudes 150 cm, de 4F								
	1	68652	Catéter de diagnóstico	200	60,50	73,2050	12.100,00	2.541,00	14.641,00
	TOTAL LOTE 1						12.100,00	2.541,00	14.641,00
CATÉTERES PORTADORES									
2	Lote 2: Catéter guía de un solo lumen grande no conificado, compuesto por una estructura híbrida, con trenza de acero inoxidable con nailon y poliuretano y revestimiento interior de PTFE. Radiopaco. Punta blanda. Preformado. De 5 a 7F y 90 cm de longitud								
	2	60398	Catéter portador multifuncional D	60	168,22	203,5462	10.093,20	2.119,57	12.212,77
	TOTAL LOTE 2						10.093,20	2.119,57	12.212,77
3	Lote 3: Catéter de acceso intracraneal compuesto por polímeros avanzados con 9 zonas de transición. Segmento proximal de alto soporte con hilos de acero inoxidable, redondos y planos. Segmento distal de 9 cm flexible, atraumático y radiopaco de 9 cm, reforzado con hilo de platino y con micropulido de la punta. Diámetro externo de 6F. Diámetro interno de 0.071" compatible con guías de 0.035/0.038". Longitud de 95 y 105 cm. Punta distal recta y multipropósito.								
	3	60578	Catéter de acceso intracraneal	20	920,00	1.113,2000	18.400,00	3.864,00	22.264,00
	TOTAL LOTE 3						18.400,00	3.864,00	22.264,00
4	Lote 4: Catéter-guía de acceso cerebral reforzado con malla de acero, rigidez variable y gradual, segmento distal de 9,5 cm de longitud, extra-flexible y ultralubricado. Calibre de 8F con luz interna mínima de 0.088, con dilatador interno. Longitud 90 cm								
	4	60701	Catéter de acceso, 8F, 90 cm	10	133,30	161,2930	1.333,00	279,93	1.612,93
	TOTAL LOTE 4						1.333,00	279,93	1.612,93

MICROCATÉTERES									
5	<p>Lote 5: Microcateter para vasos tortuosos, dirigible sobre guía. Estructura combinada de coil interno de alta densidad a lo largo de todo el dispositivo y un trenzado en su parte proximal. Recubrimiento hidrofílico en los 115 cm distales. Extremo distal atraumático, de 9 cm de longitud. Disponible en dos versiones: versión de 156 cm de longitud, lumen interno ,165", dos marcas radiopacas distales, para embolización con coils y versión de 167 cm longitud, lumen interno ,013", con una sola marca radiopaca distal, para embolización con agentes líquidos.</p>								
	5	68694	Microcatéter para vasos tortuosos	30	682,00	825,2200	20.460,00	4.296,60	24.756,60
	TOTAL LOTE 5						20.460,00	4.296,60	24.756,60
CATÉTERES DE REPERFUSIÓN / DE ACCESO DISTAL									
6	<p>Lote 6: Catéter de reperfusión formado por estructura metálica de nitinol con forma de coil recubierto con polímero Tecoflex. Diámetro externo proximal de 6F y distal de 4.3 F. Diámetro interno proximal de 0.064 in y distal de 0.041 in. Longitud de 130 cm.</p>								
	6	68664	Catéter reperfusión, 4.3F distal, 0.064 in. 130 cm.	10	160,00	193,6000	1.600,00	336,00	1.936,00
	TOTAL LOTE 6						1.600,00	336,00	1.936,00
CATÉTERES BALÓN									
7	<p>Lote 7: Catéter balón de oclusión vascular de doble lumen, compatible con guía de 0.014" y con catéter guía de 6 F con técnica de doble catéter. Punta suave, recubrimiento hidrofílico del balón. Longitud de la punta distal de 5 cm. Compliant y extracompliant.</p>								
	23	70318	Catéter balón de oclusion vascular de doble lumen	30	1.296,00	1.568,1600	38.880,00	8.164,80	47.044,80
	TOTAL LOTE 7						38.880,00	8.164,80	47.044,80
MICROGUÍAS									
8	<p>Lote 8: Microguía con tecnología híbrida de nitinol y acero inoxidable, recubrimiento hidrofílico hidratante. Núcleo distal de nitinol resistente a torceduras. Punta recta y moldeable de 1.4 cm. Punta radiopaca de 3 cm. Incluye mandril, vaina de inserción y torque. Diámetro proximal 0.014 in y distal 0.012 in. Coil distal de platino mejora visibilidad en fluoroscopia.</p>								
	8	70321	Microguía suave, recubrimiento hidrofílico 40 cm, longitud 200 cm	60	367,60	444,7960	22.056,00	4.631,76	26.687,76
	TOTAL LOTE 8						22.056,00	4.631,76	26.687,76
9	<p>Lote 9: Stent retriever autoexpandible de nitinol-platino, con 3 marcadores distales radiopacos y visible en toda su estructura con dos guías de DFT. Extractor de trombos para tratar vasos desde 1.0 mm hasta 5.5 mm. Stent con diámetros de 2.5; 3.5; 4.5 y 6.0 y longitudes desde los 16mm hasta los 50mm. Todas las medidas son compatibles con microcatéter de 0.021" y las medidas de 2.5; 3.5 y 4.5 son compatibles con microcatéter de 0.0165".</p>								

	9	70324	Stent retriever para restablecer el flujo en la vasculatura cerebral	15	3.100,00	3.751,0000	46.500,00	9.765,00	56.265,00
	TOTAL LOTE 9						46.500,00	9.765,00	56.265,00

	BASE IMPONIBLE	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL
TOTAL EXPEDIENTE	171.422,20	35.998,6620	207.420,86

2.1 OTRAS ESPECIFICACIONES TECNICAS:

1.-Se admitirán todas aquellas proposiciones que cumplan todos los requisitos técnicos y de prestaciones que, con carácter de mínimo se han establecido en este pliego. Si en la descripción de algún artículo se utiliza marca comercial y/o referencia, deberá entenderse como orientación para localizar el artículo, sin que en ningún caso implique que sea necesario ofertar dicha marca o referencia.

- 2.-El material debe ser biocompatible (Incluir Certificado en el Sobre 1" DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA")
- 3.- Deberán tener marcado CE de producto sanitario (Incluir Certificado en el Sobre 1" DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA")
- 4.- Deberán estar exentos de látex (Incluir Certificado en el Sobre 1 "DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA")
- 5.- El adjudicatario se compromete, ante una mejora tecnológica, a sustituir las referencias y/o equipos necesarios, sin que dicha modificación tenga repercusión en el precio de la adjudicación.

2.2.-CONDICIONES GENERALES:

-El proveedor adjudicatario deberá formar con una persona una vez a la semana y durante 1 mes, al personal del Hospital en la técnica objeto del expediente; todos los gastos de formación (incluidos los materiales) del personal del Servicio serán por cuenta de la empresa adjudicataria.

3.- ESPECIFICACIONES SOBRE LA OFERTA

- 3.1-En el precio de los productos se deberá incluir:
- El propio producto.
 - La necesaria formación solicitada en su parte proporcional.
 - El transporte en su parte proporcional.

4.- ENTREGAS DE LOS PRODUCTOS:

- 1.- Dado que los productos a adquirir tienen fecha de caducidad, el plazo de su vida útil deberá ser al menos 2/3 de la vigencia del producto en el momento de la entrega.
- 2.-ETIQUETADO: Deberán tener el etiquetado correspondiente conforme a la legislación vigente, en el que figuren como mínimo, los siguientes datos:
 - Identificación del producto (nombre comercial y referencia).
 - Fabricante (nombre y dirección).
 - Importador (nombre y dirección) si fuese el caso.
 - Datos del producto.

- Marcado CE.
- Lote de fabricación.
- Fecha de caducidad.
- La indicación de “estéril” y el método de esterilización.
- La leyenda “No utilizar si el envase interior no está íntegro” o similar.

5.- MUESTRAS (NO)

No es preciso aportar inicialmente muestras. Si el servicio lo requiere, podrá solicitar al proveedor las muestras necesarias para una adecuada evaluación que deberán ser entregadas en el plazo de tres días hábiles tras su solicitud por el centro, su no presentación implicará la no validez de la oferta.

Todas las muestras deberán ir identificadas con el número de expediente al que pertenecen así como el número de lote al que correspondan. El lugar de entrega de las muestras en caso de solicitarse será el Almacén General del Hospital Universitario de Getafe.

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO

Getafe,
EL DIRECTOR GERENTE

FECHA Y FIRMA

Firmado digitalmente por: ANDRES MOLINERO MIGUEL ANGEL
Fecha: 2023.04.27 13:27