



Gerencia Asistencial
de Atención Primaria
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE ADQUISICION DE OTO-OFTALMOSCOPIOS CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS DE ATENCION PRIMARIA A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS – A/SUM-007188/2024

CONSIDERACIONES GENERALES:

1. En los anexos a este documento figura la relación de precios y características técnicas de los artículos en licitación.
2. Las empresas en caso de ser adjudicatarias, deberán:
 - Realizar el montaje, puesta en marcha, pruebas de funcionamiento e instrucción al personal que vaya a manejar el material en un plazo máximo de 5 días desde la entrega en el Centro de destino.
 - Retirada de cajas, embalajes o envoltorios.
 - Garantizarán el suministro de accesorios y repuestos necesarios para mantener el material en perfecto estado de funcionamiento durante un mínimo de 10 años.
 - Todos los equipos y aparatos médico-asistenciales incluirán manual de uso en castellano.
 - El adjudicatario entregará a la firma del contrato en soporte electrónico:
 - Ficha técnica de los equipos
 - Relación de los fungibles necesarios para el funcionamiento del equipo.
3. En el caso de no ser conforme la recepción del material, el suministrador dispondrá de un plazo a determinar por la Gerencia para corregir las eventuales deficiencias, al final del cual y si no llegar a hacerlo, se producirá el rechazo definitivo del artículo.

Normativa general

1. Certificados acreditativos del cumplimiento del Real Decreto 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios o Reglamento UE 2017/45.

En el Anexo I figura la relación de artículos con sus características técnicas de cada uno de ellos



ANEXO I: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS:

Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
1 y 2	3000746	OTO-OFTALMOSCOPIO	<ul style="list-style-type: none"> - Equipo integrado en pared con estructura resistente a impactos y alimentación a red eléctrica incluida - Dos mangos ergonómicos antideslizantes que puedan funcionar simultáneamente, con regulación continua de la intensidad con atenuador en el mango. - Con sensor óptico de encendido y apagado automático al anclar el mango en la base. - Cabezal del otoscopio para conos desechables de fibra óptica con luz LED 3.5v. - Cabezal del oftalmoscopio con más de 28 lentes de enfoque de una gama de -35 a + 40 dioptrías, luz LED: con filtro azul. Filtro de polarización para evitar reflejos de la retina. Filtro exento de rojo para evaluar cambios vasculares. aplicable a todos los diafragmas, estrella de fijación para determinar central o excéntrica nítida, semicírculo, círculo y hendidura. - Bombillas extraíbles con una duración superior a 10.000 horas - Cabezales con antirrobo - Longitud del cable en espiral de anclaje al equipo superior a 2 metros - Dispensador de conos

Madrid,

POR EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA

POR LA ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por: AZCUTIA GÓMEZ MARIA ROSARIO
Fecha: 2024.05.21 16:30

LA GERENTE ASISTENCIAL DE ATENCION PRIMARIA
Resolución 342/2021, de 13 septiembre