

EXPEDIENTE PNSP 2024-1-003

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DEL MATERIAL FUNGIBLE PARA LOS SISTEMA DE INFUSIÓN MEDRAD® STELLANT DEL SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS.

1. OBJETIVO Y ALCANCE.

El presente pliego regula las condiciones técnicas que deberán cumplir los productos sanitarios objeto de esta licitación para el suministro del **MATERIAL FUNGIBLE PARA LOS SISTEMA DE INFUSIÓN MEDRAD® STELLANT** para atender las necesidades asistenciales del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Clínico San Carlos.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LOS PRODUCTOS:

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 126.5.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, los productos ofertados por los distintos licitadores habrán de acreditar el cumplimiento de las siguientes exigencias funcionales y de diseño.

Lote 1.1.- Equipo de jeringas para bomba inyectora de contraste:

Kit multipaciente para la infusión de medios de contraste o suero fisiológico con las siguientes características:

- Equipo compuesto por:
 - o Dos jeringas transparentes de 200 ml de capacidad con marcas ovaladas translúcidas.
 - o Dos kits de transferencia de líquidos de 115 cm de longitud y 7,1 ml de capacidad con punzón multi-paciente y doble válvula anti-reflujo.
 - o Un tubo conector en T de 20 cm de longitud y 0,8 ml de capacidad con conector de seguridad Multi-Guard.
 - o Conexiones Luer-lock.
 - o Una etiqueta de tiempo de uso.
- Reutilizable durante 12 horas.
- Esterilizado por radiación.
- Vía fluida apirógena.
- Libre de látex.
- Resistente a la presión.
- Producto Sanitario: Clase IIa

Lote 1.2.- Alargadera o extensión de paciente para bomba inyectora de contraste:

Alargadera o extensión con las siguientes características:

- Alargadera para la infusión de medios de contraste o suero fisiológico.:
 - o En forma de espiral
 - o Longitud: 250 cm
 - o Capacidad: 8,5 ml
 - o Con 2 válvulas anti-reflujo y conector de seguridad Multi-Guard.
- Esterilizado por radiación
- Vía fluida apirógena
- Libre de látex y ftalatos

- Producto Sanitario: Clase IIa
- Desechable o de un solo uso

Lote 1.3.- Alargadera con conector en "T":


Alargadera o extensión con las siguientes características:


- Alargadera para la infusión de medios de contraste o suero fisiológico compuesto por:
 - o Un tubo de baja presión de 152,40 cm en forma de espiral.
 - o Un tubo recto de 15,24 cm con conectores macho/hembra Luer-Lock con tubo de cebado.
- Esterilizado por Óxido de Etileno. Material apirógeno.
- Libre de látex.
- Producto Sanitario: Clase IIa
- Desechable o de un solo uso

3. OTRA ESPECIFICACIONES:

La empresa adjudicataria de cada Lote, deberá asesorar de manera técnica y asistencial al personal que determine el Servicio Promotor sobre el uso, la seguridad y el rendimiento de los productos ofertados con el fin de asegurar que se cumplen las indicaciones del fabricante minimizando los riesgos asociados a los productos sanitarios.

En Madrid, a la fecha de la firma


Fdo.: **MARÍA NIEVES
CABRERA
MARTÍN -**


Firmado digitalmente
por MARÍA NIEVES
CABRERA MARTÍN -

Fecha: 2024.03.16
20:00:07 +01'00'

Jefa del Servicio de Medicina Nuclear

Fdo.:

Conforme: El Adjudicatario

POR LA ADMINISTRACIÓN:	Documento firmado digitalmente por: GOMEZ DERCH CESAR ADOLFO Fecha: 2024.03.20 07:53 Referencia: 07/646507.9/24 Verificación y validez por  La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
-------------------------------	---

El Director Gerente del Hospital Clínico San Carlos, en virtud de las facultades conferidas por la Resolución 342/2021 de fecha de 13 de septiembre, de la Vice consejería de Sanidad (BOCM nº 222 de 17 de septiembre de 2021).

ANEXO AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nº EXPEDIENTE: PNSP 2024-1-003

TÍTULO DEL EXPEDIENTE: Suministro del material fungible para los sistema de infusión MEDRAD® Stellant del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Clínico San Carlos.

Lote	Ítem	Código His	Descripción	Consumo 48 meses	Unidad de medida	Precio Unitario (s/IVA)	IVA	Precio Unitario (c/IVA)	Base imponible (s/IVA)	Importe IVA	Importe Total (c/IVA)	Epígrafe Presupuestario
1	1.1.	278166	Equipo de jeringas para bomba inyectora de contraste	5.000	Unidad	30,00 €	21%	36,30 €	150.000,00 €	31.500,00 €	181.500,00 €	27004
	1.2.	725	Alargadera o extensión de paciente para bomba inyectora de contraste	2.500	Unidad	2,30 €	21%	2,78 €	5.750,00 €	1.207,50 €	6.957,50 €	27004
	1.3.	323740	Alargadera con conector en "T" y tubo de cebado	2.500	Unidad	8,00 €	21%	9,68 €	20.000,00 €	4.200,00 €	24.200,00 €	27004

IMPORTE TOTAL	175.750,00 €	36.907,50 €	212.657,50 €
----------------------	---------------------	--------------------	---------------------