



Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitían acceder al original.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE ADQUISICION DE BÁSCULAS Y TALLIMETROS CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS DE ATENCION PRIMARIA A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS, nº exp A/SUM-006943/2024

CONSIDERACIONES GENERALES:

1. En el Anexo I figura la relación de artículos en licitación con sus características técnicas de cada uno de ellos.
2. En el caso de licitar a Grupo se realizará la misma oferta técnica para los lotes que conformen el Grupo.
3. Las empresas en caso de ser adjudicatarias, deberán:
 - Realizar el montaje, puesta en marcha, pruebas de funcionamiento e instrucción al personal que vaya a manejar el material en un plazo máximo de 5 días desde la entrega en el Centro de destino.
 - Retirada de cajas, embalajes o envoltorios.
 - Garantizarán el suministro de accesorios y repuestos necesarios para mantener el material en perfecto estado de funcionamiento durante un mínimo de 10 años.
 - Todos los equipos y aparatos médico-asistenciales incluirán manual de uso en castellano.
 - El adjudicatario entregará a la firma del contrato en soporte electrónico:
 - Ficha técnica de los equipos
 - Relación de los fungibles necesarios para el funcionamiento del equipo, en su caso.
4. En el caso de no ser conforme la recepción del material, el suministrador dispondrá de un plazo a determinar por la Gerencia para corregir las eventuales deficiencias, al final del cual y si no llegar a hacerlo, se producirá el rechazo definitivo del artículo.

Normativa general

1. Certificados acreditativos del cumplimiento del Real Decreto 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios o Reglamento UE 2017/45.

POR EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA

POR LA ADMINISTRACION
LA GERENTE ASISTENCIAL DE ATENCION PRIMARIA
Fecha: 2024.06.17 16:08

ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS:

Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
1-2	3000536	BASCULA PESABEBES	<ul style="list-style-type: none"> - Pesabebés médico electrónico digital. - Indicador LCD integrado en la báscula. Con función de cálculo del BMIF, cantidad de leche materna ingerida por el lactante HOLD y TARA - Valor peso congelado cuando se retira al bebé. - Capacidad pesaje 20 kg. Sensibilidad 10 gr. - Superficie ergonómica. Fijación a la superficie con patas de goma. - Alimentación por pilas. - Homologado CE Clase III. - Plástico ABS resistente y fácil de limpiar. - Desconexión automática. - Artesa fácilmente desmontable - Peso máximo 3 Kg

Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
3-4	3000537	BASCULA-TALLIMETRO	<ul style="list-style-type: none"> - Báscula de columna - Con función de cálculo de índice de masa corporal. Función HOLD y TARA - Tallimetro alta precisión en línea con la columna de la báscula, resistente, telescópico de aluminio con alcance desde 800 a 2000 mm, división 1 mm. Con cursor abatible resistente. - Alimentación por pilas/batería y conexión a la red con el cargador incluido. - Función madre e hijo - Peso de la báscula menor de 8 Kg - Carga 1- 200 kg. - Electrónica digital. - Sensibilidad de 100 gr. - Homologado CE Clase III para uso en hospitales y centros médicos, según determina la normativa vigente. - Desconexión automática. - Plataforma antideslizante - Ruedas de transporte. - Indicador LCD.
5-6	3000538	TALLIMETRO INFANTIL	<ul style="list-style-type: none"> - Tallimetro para bebés que se sitúe por debajo del bebé para realizar la medición. - Material en ABS que garantice larga vida útil, sin torcerse ni deformarse, no enrollable. - Metro con graduación de 10 cm. - 100 cm. Divisiones: 1 mm. - Tope de pie desplazable sobre carril para medición en horizontal