

ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS:

Grupo	Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
	1	3000557	BAÑERA PEDIATRICA/CAMBIADOR	<ul style="list-style-type: none"> - Bañera-cambiador compacta que incluye cubeta. - Cambiador acolchado con un estante portaobjetos. - Chasis metálico resistente y plegable. - Dotado de balda inferior. - Medidas 100 cm alto x 70 cm ancho \pm 5 cm. Plegado 26 cm de ancho - Plástica, portátil, alta. - Para bebés de hasta 12 meses y que soporte hasta 11 Kg. - Cumplimiento normativa europea EN12221-1/2 - Pies antideslizantes
	2	3001296	COLCHONETA ESTERILLA	<ul style="list-style-type: none"> - Colchoneta de 4 mm con doble capa, transpirable y antideslizante. - Fabricado en TPE. - 100 % libre de látex. - Dimensiones 1800 mm x 600 mm ancho x 4 mm espesor
	3	3001295	COLCHONETA TAPIZADA	<ul style="list-style-type: none"> - Forradas en PVC. - Asas para transporte. - Medidas 200 x 100 x 5 cm. - Alta densidad 30 Kg. - Material Ignífugo. Exento de látex.

Grupo	Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
A	4-5	3000774	DETECTOR DE LATIDOS FETALES	<ul style="list-style-type: none"> - Portátil con soporte a pared - Funcionamiento batería y red. - Ultrasonidos. - Dos transductores obstétricos de 2 y 3 Mhz. (con posibilidad de detectar fases precoces de gestación a partir de la 9ª semana). - Entrada para doble sonda. Diámetro del cabezal mayor o igual de 32 mm. - Pantalla LCD. Visualización del pulso vascular y ritmo cardiaco fetal.
B	6-7	3001522	MAMA DEMOSTRACION LACTANCIA	<ul style="list-style-type: none"> - Modelo de pecho hecho de 100% silicona de grado médico de alta calidad. - No toxico - Tamaño 20 x 12 x 7 cm ± 2 cm
	8	3001523	MAQUETA GESTACION	<ul style="list-style-type: none"> - Corte medial femenina con 9 meses de embarazo. - Demuestra la posición normal del niño antes del nacimiento, los órganos genitales femeninos, la producción humana y el sistema urinario. - Feto desmontable. - Representación montada sobre base. - Placenta y cordón visible
C	9-10	3000993	MUÑECO DEMOSTRACION	<ul style="list-style-type: none"> - Reproducción de niño lactante de un día. - Cuerpo flexible fabricado en tejido suave y resistente, con ombligo - Sentir la fontanela frontal. - Medidas entre 40-50 cm
	11	3001524	PELVIS ARTICULADA	<ul style="list-style-type: none"> - Maqueta pelvis con caderas, sacro, coxis y suelo pélvico - Fabricado en material sintético y flexible - 5 piezas. - Dimensiones: 27 x 18 x 19 cm - Peso: 2 Kg. - Tamaño natural. - Modelo de pelvis desmontable con capas musculares, genitales externos e internos



Grupo	Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
D	12-13	3001524	PELVIS CON SUELO PELVICO	<ul style="list-style-type: none">- Modelo real de pelvis femenina.- Huesos montados de manera flexible, articulados y con movilidad similar a la fisiológica- Se pueden ensamblar y desensamblar sin dificultad.- Con cabezas de fémur para mostrar la biomecánica pélvica
E	14-15	3001282	SILLON GINECOLOGICO ELECTRICO	<ul style="list-style-type: none">- Sillón de reconocimiento y tratamiento ginecológico regulable eléctricamente- Posibilidad de posiciones de reconocimiento ginecológico y decúbito supino.- Altura mínima ≤ 55 cm.- Angulación de la pelvis entre 0° a $+29^\circ$.- Posición de Trendelenburg de 29°- Reposapiés plantar.- Activación de las funciones de ajuste mediante control de pie.- Con recorte ginecológico en el asiento.- Diseño ergonómico del asiento, respaldo y cabecero.- Bandeja para colocar rollos de papel.- Acolchado de espuma con funda de cuero sintético de primera calidad de alta resistencia y durabilidad en una amplia gama de colores.- Perfil del asiento de forma recta para una posición de reconocimiento relajada y adecuada- Barnizado de las piezas metálicas de polvo de resina de alta calidad.- Superficies resistentes a golpes y arañazos de fácil limpieza, resistente a desinfectantes.- Base estable a ras de suelo y dotado de ruedas escamoteables- Peso máximo 250 Kg.- Mando manual y pedal de pie incluidos.

POR EL ADJUDICATARIO

POR LA ADMINISTRACIÓN
La Gerente Asistencial de Atención Primaria
Resolución 342/2021, de 13 septiembre

Firmado digitalmente por: AZCUTIA GÓMEZ MARIA ROSARIO
Fecha: 2024.06.20 09:20