



**EXPEDIENTE: 2024000045**

### OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto el suministro de MATERIAL DE OXIGENOTERAPIA para el Servicio de ANESTESIA Y REANIMACIÓN, para cubrir las necesidades del Hospital.

LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO	ARTÍCULO
1	1	407001	CIRCUITO MANUAL RESPIRADOR

- Formado por una pieza de plástico rígido con conexiones en la parte superior para válvula de control y tubo corrugado. Extremo proximal conecta a tubo acodado y extremo distal a balón.
- Con conector o rótula angulada giratoria, de plástico rígido, con tapón, para adaptar mascarilla.
- Tubo corrugado de plástico flexible, de 10 mm de diámetro.
- Válvula control de presión.
- Balón de 2 L.
- De 150 cm a 180 cm de longitud
- En envase individual.
- Marcado CE.
- Exento de látex.

Aplicaciones: Para ventilación mecánica

LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO	ARTÍCULO
2	2	407006	CIRCUITO RESPIRADOR DESECHABLE C/ CONECTOR GIRATORIO

- Formado por dos piezas de tubo corrugado de plástico flexible, de 22mm de diámetro, unidos en Y.
- Con conector o rótula angulada giratoria.
- Tapón incorporado para capnografía.
- De 1,8 m de longitud.  $\pm 10 \%$
- En envase individual.
- Marcado CE.
- Exento de látex.

Aplicaciones: Para ventilación mecánica



LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO	ARTÍCULO
3	3	970169	FILTRO BACTERIANO RESPIRADOR ADULTOS

- Filtro externo hidrófugo
- Tubo corrugado de 20 cm de longitud  $\pm$  10 % codo rígido.
- Con conexión de 15 y 22 mm a circuito externo y toma de capnografía.
- En envase individual.
- Exento de látex
- Marcado CE

Aplicaciones: Para evitar la contaminación del circuito respiratorio.

#### ANEXO:


1. Se aportará el correspondiente y obligado marcado CE de cada artículo o declaración de conformidad.
2. Todos los artículos deberán cumplir la normativa vigente en cada caso.
3. Aquellos productos que lo requieran, deberán incluir el certificado de exención de látex.
4. Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación técnica:
  - Relación de productos ofertados.
  - Ficha técnica del producto, catálogos y toda aquella información que el licitante considere oportuna, para la realización de informe técnico.A la hora de valorar dicho informe, solo se tendrá en cuenta la documentación presentada en castellano.
5. Muestras solicitadas para la evaluación de los productos: **SI, 2 unidades por cada lote.**  
En caso de ser necesarias un mayor nº de unidades para completar el informe técnico correspondiente podrían ser solicitadas con posterioridad.  
El procedimiento será:
  - Entregar las muestras en el Almacén del HOSPITAL RAMON Y CAJAL (control de almacenes planta -4 dcha.).
  - Cada licitador deberá entregar en Almacén junto con las muestras dos relaciones en donde aparezca indicado lo siguiente:
    - Nº Procedimiento.
    - Nº de Lote – Orden.
    - Nombre del proveedor.
  - Al entregar en Almacén las muestras le sellarán las 2 copias, una de ellas se quedará en el Almacén, y la otra copia sellada será entregada al Proveedor.
  - Las muestras deben estar bien identificadas con su número de lote, orden y referencia de la misma, siendo desestimadas las que no cumplan con estos requisitos.




6. Etiquetado en el que figure:
  - a. La denominación del artículo.
  - b. El método de esterilización utilizado.
  - c. Las fechas de caducidad del producto.
  - d. El número de lote.
  - e. La referencia comercial.
  - f. Marcado CE.
  - g. Toda la información será perfectamente legible y estará en castellano.
  
7. Si durante el plazo de ejecución del contrato, incluido el período prorrogado, se presentan nuevos artículos que bien sustituyan a los inicialmente adjudicados o bien convivan con ellos, los adjudicatarios están obligados a proponer sustituciones de los productos o materiales seleccionados por otros que incorporen avances o innovaciones tecnológicas que mejoren las prestaciones o características de los adjudicados, siempre que su precio sea igual o inferior al inicialmente adjudicado y cumplan con los requisitos legales y administrativos determinados en la contratación del artículo primitivo. Asimismo, se puede aceptar ampliación de referencias para un mismo artículo permaneciendo invariable el precio.
  
8. Relación de equipos a ceder y sus fungibles vinculados (que no estén incluidos en esta licitación), junto con su valoración económica.



Fdo.: DR. PESTAÑA LAGUNAS  
JEFE SERVICIO ANESTESIA Y REANIMACIÓN



Fdo. DR. E. ARACIL SANUS MEDICA  
SUBDIRECTOR MEDICO AREA QUIRURGICA QUIRURGICOS





Hospital Universitario  
**Ramón y Cajal**

SERVICIO DE SUMINISTROS

**SUMC**

ANEXO AL PLIEGO DE  
ESPECIFICACIONES  
TÉCNICAS

ANEXO 25

**P.A. 2024000045**

LOTE	N.O.	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA (12 meses)	PRECIO UNIDAD MEDIDA (IVA no nduido)	BASE IMPONIBLE	TIPO IVA	TOTAL IVA	IMPORTE TOTAL (IVA incluido)
1	1	407001	CIRCUITO MANUAL RESPIRADOR	UN	5.295	5,75	30.446,25	21%	6.393,71	36.839,96
2	2	407006	CIRCUITO RESPIRADOR DESECHABLE C/ CONECTOR GIRATORIO	UN	11.620	1,09	12.665,80	21%	2.659,82	15.325,62
3	3	970169	FILTRO BACTERIANO RESPIRADOR ADULTOS	UN	25.800	0,83	21.414,00	21%	4.496,94	25.910,94

<b>IMPORTE TOTAL:</b>	<b>64.526,05</b>		<b>13.550,47</b>	<b>78.076,52</b>
-----------------------	------------------	--	------------------	------------------