



Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE ADQUISICION DE EXPOSITORES DE VACUNAS CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS DE ATENCION PRIMARIA A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS

CONSIDERACIONES GENERALES:

1. En los anexos a este documento figura la relación de precios y características técnicas de los artículos en licitación.
2. Las empresas en caso de ser adjudicatarias, deberán:
 - Realizar el montaje, puesta en marcha, pruebas de funcionamiento e instrucción al personal que vaya a manejar el material en un plazo máximo de 5 días desde la entrega en el Centro de destino.
 - Retirada de cajas, embalajes o envoltorios.
 - Garantizarán el suministro de accesorios y repuestos necesarios para mantener el material en perfecto estado de funcionamiento durante un mínimo de 10 años.
 - El tiempo de duración de la garantía será de 36 meses, contando desde la recepción del equipamiento en el Centro o puesta en marcha en los casos que lo requiera.
 - Todos los equipos y aparatos médico-asistenciales incluirán manual de uso en castellano.
 - El adjudicatario entregará a la firma del contrato en soporte electrónico:
 - Manual de uso los equipos en castellano.
 - Ficha técnica de los equipos
 - Relación de los fungibles necesarios para el funcionamiento del equipo.
 - En el caso de licitar a Grupo se realizará la misma oferta técnica para los lotes que conformen el Grupo.
3. En el caso de no ser conforme la recepción del material, el suministrador dispondrá de un plazo a determinar por la Gerencia para corregir las eventuales deficiencias, al final del cual y si no llegar a hacerlo, se producirá el rechazo definitivo del artículo.

Normativa general

1. Certificados acreditativos del cumplimiento del Real Decreto 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios o Reglamento UE 2017/45.

En el Anexo I figura la relación de artículos con sus características técnicas de cada uno de ellos y en el Anexo II la relación de artículos con precios y unidades de cada uno de ellos.



ANEXO I
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS:

Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
1 y 2	3000512	EXPOSITOR DE VACUNAS	<ul style="list-style-type: none"> - Refrigerador de apertura frontal destinado a la conservación de vacunas con puerta expositora de doble panel de vidrio templado termoaislante con auto cierre. - Expositor construido en chapa de acero tratado que garantice durabilidad. - Temperatura regulable entre 2°C y 8°C mediante controlador de temperatura electrónico. - Ajuste de la temperatura con un incremento de 0,1 °C - Pantalla exterior de visión de temperatura. - Dispondrá de un sistema de alarma acústica para alta, baja temperatura y puerta abierta, así como cualquier avería o falta de corriente. - Alarma acústica puerta abierta que se activará cuando esta lleve abierta y no cesará hasta su cierre. - Alarma acústica de temperatura fuera de rango, con batería independiente que asegure funcionamiento sin interrupción red eléctrica. - Aislamiento de poliuretano de alta densidad. - Refrigerante R134A - Evaporador automático y multitubular por aire forzado. Condensador por aire forzado. - Capacidad de autonomía, entendiéndose como tal el tiempo que tarda el frigorífico en alcanzar una temperatura crítica ante la interrupción del suministro eléctrico. No superará los 14°C. en dos horas partiendo de una temperatura de 4°C. - Iluminación interior homogénea por LED. - Datalogger externo con pantalla numérica para control de la temperatura con conexión USB y programa informático para la monitorización de los registros que permita tablas y gráficas de datos de lectura con software en castellano. - Mínimo seis estantes regulables en altura y seis bandejas perforadas fácilmente desmontables para su limpieza. - Cierre de seguridad lateral con palanca de anclaje - Patas regulables en altura. - Potencia nominal de 400 w y tensión de 220/240 v. - Volumen interior: 390 l - Medidas útiles interiores: 530 x 1400 x 555 mm (ancho x alto x fondo) ± 10 mm - Medidas útiles exteriores: 670 x 2000 x 710 mm (ancho x alto x fondo) ± 10 mm - Variaciones de medidas y capacidades no superiores al 10%. - Certificación por parte del fabricante de volumen carga útil.

1.3



Gerencia Asistencial
de Atención Primaria
CONSEJERÍA DE SANIDAD

POR EL ADJUDICATARIO

Fecha y firma:

Firmado digitalmente por: AZCUTIA GÓMEZ MARIA ROSARIO
Fecha: 2024.06.06 11:10

POR LA ADMINISTRACION
LA GERENTE ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA