

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría acceder al original.

EXPEDIENTE 2024-0-044 (A/SUM-029541/2024)



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO PARA
“ADQUISICIÓN DE AGUJAS Y SONDAS DE ECOBRONCOSCOPIA PARA EL
HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR” (2 LOTES).

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA ADQUISICIÓN DE AGUJAS Y SONDAS DE ECOBRONCOSCOPIA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR (2 LOTES).

PRIMERA. -DEFINICIÓN DEL OBJETO

El presente pliego contiene las prescripciones técnicas que, de acuerdo con el artículo 124 y siguientes de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al Ordenamiento Jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2017/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, han de regir la contratación y ejecución del contrato administrativo cuyo objeto es la adquisición de agujas y sondas de ecobroncoscopia para el Hospital Universitario Infanta Leonor.

División en Lotes: SI

Número y denominación de los Lotes: 2

LOTE	NEXUS	DESCRIPCIÓN
1	133368	AGUJA HISTOLÓGICA PARA ECOBRONCOSCOPIA
2	118929	CRIOSONDA FLEXIBLE

SEGUNDA. -PRESCRIPCIONES TECNICAS

Si en la descripción se utilizase algún nombre y/o referencia sujeta a propiedad comercial, deberá entenderse como orientativo para localizar el producto en cuestión sin que en ningún caso sea obligatorio ofertar dicho equipo

Los productos descritos en el presente pliego deben cumplir las siguientes características técnicas mínimas:

LOTE 1. AGUJA HISTOLÓGICA PARA ECOBRONCOSCOPIA (133368)

Las características de la aguja se nombran a continuación:

- Aguja histológica para ecobroncoscopia compatible con ecobroncoscopio PENTAX® existente en el servicio de Neumología
- Aguja de 3 puntas de un solo uso, de 22G.
- Diámetro catéter: 1.8 mm.
- Extensión de aguja ajustable de 0 a 4 cm con longitud de la vaina ajustable.
- Longitud de la vaina ajustables.
- Jeringa de aspiración con volumen de llenado de 5 a 20 ml.
- Para usar con criosonda flexible.
- Producto sanitario clase IIa

LOTE 2. CRIOSONDA FLEXIBLE (118929)

Las características de la sonda deben ser:

- Criosonda flexible con diseño atraumático de la punta.
- Diámetro: 1.1 mm.
- Longitud: 1150 mm.
- Empaquetado estéril.
- Compatible con ecobroncoscopio PENTAX ®.
- Compatible con el equipo electrobisturi existente en el servicio de Neumología erbecrio2 ®
- Producto sanitario clase IIa

TERCERA. -ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMUNES PARA TODOS LOS NÚMEROS DE ORDEN:

Tendrán que cumplir con la legislación española y comunitaria vigente. Siendo por cuenta del adjudicatario cualquier gasto que se derive de su aplicación.

Los productos tendrán su correspondiente Marcado CE, Declaración de Conformidad y la certificación del Organismo Notificador, si procede, conforme a lo establecido en la legislación vigente reguladora de los productos sanitarios.

Todas las medidas se entenderán aproximadas, aceptándose variaciones que no impidan a los instrumentos cumplir con la función a la que están destinados.

Madrid, a día de la fecha

LA DIRECTORA GERENTE

Resol. 12/06/2018 B.O.C.M. 19/06/2018

P.A. EL DIRECTOR MÉDICO

Firmado digitalmente por: ROLDAN RODRIGUEZ_MARIN ANTONIO JESUS
Fecha: 2024.07.24 10:34

Fdo.: Antonio Jesús Roldán Rodríguez-Marín.

CONFORME:

EL ADJUDICATARIO

FECHA Y FIRMA

ANEXO I.- DESGLOSE DE LA LICITACIÓN

LOTE	NEXUS	DESCRIPCION	CANTIDAD	IMPORTE UNITARIO S/IVA	B.I.	TIPO DE IVA %	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL
1	133368	AGUJA HISTOLÓGICA PARA ECOBRONCOSCOPIA	100	245,00	24.500,00	21	5.145,00	29.645,00
2	118929	CRIOSONDA FLEXIBLE	50	372,47	18.623,50	21	3.910,94	22.534,44
				TOTAL	43.123,50		9.055,94	52.179,44