



Gerencia Asistencial
de Atención Primaria
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Dirección Técnica de Compras, Suministros y Gestión Económica
Gerencia Adjunta de Gestión y Servicios Generales

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitan acceder al original.

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO FISIOTERAPIA Y MATRONAS CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS DE ATENCION PRIMARIA A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS
A/SUM-032485/2024**

1. CONSIDERACIONES GENERALES:

a) Las empresas en caso de ser adjudicatarias, deberán:

- Realizar el montaje, puesta en marcha, pruebas de funcionamiento e instrucción al personal que vaya a manejar el material en un plazo máximo de 5 días desde la entrega en el Centro de destino.
- Retirada de cajas, embalajes o envoltorios.
- Garantizarán el suministro de accesorios y repuestos necesarios para mantener el material en perfecto estado de funcionamiento durante un mínimo de 10 años.
- El adjudicatario entregará a la firma del contrato en soporte electrónico:
- Manual de uso los equipos en castellano.
- Ficha técnica de los equipos
- Relación de los fungibles necesarios para el funcionamiento del equipo.

b) En el caso de no ser conforme la recepción del material, el suministrador dispondrá de un plazo a determinar por la Gerencia para corregir las eventuales deficiencias, al final del cual y si no llegar a hacerlo, se producirá el rechazo definitivo del artículo.

2. NORMATIVA GENERAL

Certificados acreditativos del cumplimiento del Real Decreto 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios o Reglamento UE 2017/45.

3. GESTION MEDIOAMBIENTAL

El licitador que resulte adjudicatario, para el cumplimiento del contrato, adoptarán las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la legislación medioambiental vigente que sea de aplicación al trabajo realizado, debiendo responder de cualquier incidente medioambiental por ellos causados, liberando a la Gerencia Asistencial de Primaria de cualquier responsabilidad sobre el mismo. En especial se deberán adoptar todas aquellas medidas exigidas legalmente, relativas a evitar vertidos indeseados, emisiones contaminantes a la atmósfera y al abandono de cualquier tipo de residuos, con extrema atención en la correcta *gestión* de los clasificados como peligrosos

El licitador que resulte adjudicatario adoptará las medidas medioambientales:

- Que en la fabricación de los productos objeto del contrato no se hayan empleado sustancias tóxicas para el medio ambiente.



**Comunidad
de Madrid**

Gerencia Asistencial
de Atención Primaria
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Dirección Técnica de Compras, Suministros y Gestión Económica
Gerencia Adjunta de Gestión y Servicios Generales

- La retirada y reciclado o reutilización de todo el embalaje que se genere en la prestación del contrato: entrega de equipamiento u otro material susceptible de ser embalado.

En el Anexo I figura la relación de artículos con sus características técnicas de cada uno de ellos.

ANEXO I
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ARTÍCULOS:

Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
1	3001296	COLCHONETA ESTERILLA	<ul style="list-style-type: none"> - Colchoneta de 4 mm con doble capa, transpirable y antideslizante. - Fabricado en TPE. - 100 % libre de látex. - Dimensiones 1800 mm x 600 mm ancho x 4 mm espesor
2	3001295	COLCHONETA TAPIZADA	<ul style="list-style-type: none"> - Forradas en PVC. - Asas para transporte. - Medidas 200 x 100 x 5 cm. - Alta densidad 30 Kg. - Material Ignífugo. Exento de látex.
3	3001356	EQUIPO ENTRENAMIENTO EN SUSPENSION (TRX)	<ul style="list-style-type: none"> - Correas para entrenamiento funcional en suspensión. - Capacidad de soportar mínimo 150 kg. - Asideros de neopreno y longitud de al menos 2 m. - Hojal/Poster con imágenes de ejercicios
4	3000900	ESCALERA DE DEDOS	<ul style="list-style-type: none"> - Listón de madera maciza barnizada de 100 cm de largo con 24 dientes o muescas
5	3001299	ESCABEL DE MADERA	<ul style="list-style-type: none"> - Banquillo de madera de haya para terapia con medidas aproximadas de 35 x 20 x 16 cm. - Patas antideslizantes
6	3000971	JUEGO DE PESAS CON SOPORTE	<ul style="list-style-type: none"> - Pesas de vinilo desde 1/2 kg hasta 5 kg. - 2 pesas de 1/2 kg, 2 pesas de 1 Kg, 2 pesas de 2 Kg, 2 pesas de 3 Kg, 2 pesas de 4 Kg y 2 pesas de 5 Kg. - Soporte para ellas.
7	3001522	MAMA DEMOSTRACION LACTANCIA	<ul style="list-style-type: none"> - Modelo de pecho hecho de 100% silicona de grado médico de alta calidad. - No toxico - Tamaño aproximado 20 x 12 x 7 cm



Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
8	3000993	MUÑECO DEMOSTRACION LACTANCIA	<ul style="list-style-type: none">- Reproducción de niño lactante de un día.- Cuerpo flexible fabricado en tejido suave y resistente, con ombligo- Sentir la fontanela frontal.- Medidas entre 40-50 cm
9	3001353	PEDALIER	<ul style="list-style-type: none">- Aparato de ejercicio de gran resistencia- Regulable, permite ejercitar brazos y piernas de manera segura y relajada.- Dispone de patas plegables y antideslizantes.- Pantalla LCD en la que se indican las siguientes funciones: Calorías: Indica las calorías que se están quemando por el usuario. Tiempo: Indica el tiempo durante el cual se está haciendo ejercicio. Vueltas: Número de vueltas que realiza y revoluciones por minuto Dimensiones: 48 cm (prof.) x 37 cm (ancho) x 25 cm (alto). ±3 cm
10	3001335	PULSERA DE ACTIVIDAD FISICA	<ul style="list-style-type: none">- Monitor de actividad física de pulsera de varios tamaños con monitorización de frecuencia cardiaca, de la actividad diaria y de sueño, con acelerómetros de 3 ejes, sincronización por bluetooth, duración de la batería de mínimo 5 días, resistente al agua.- Medición saturación O2



Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
11	3000962	T.E.N.S.	<ul style="list-style-type: none">- Número de canales: 2.- Corriente constante hasta una resistencia de 1000 ohm.- Estimulación de corriente/canal: 0-99,5 mA.- Forma de onda: Pulso bifásico asimétrico compensado al 100%.- Programas predeterminados y Programas de libre configuración.- Formas de estimulación: Convencional, Burst, Frecuencia modulada/duración de pulso, Frecuencia combinada, Duración de pulso modulada Alternativa, Intermitente.- Duración de pulso regulable por pasos desde 50us hasta 400 us- Frecuencia: Min 2 Hz / Max 150 Hz-- Tiempo 1 hasta 99 min- Función de auto apagado.- Función de bloqueo de parámetros.- Autocontrol: Aviso óptico cable averiado, Aviso óptico de batería baja.- Alimentación: Batería interna recargable.- Cargador de baterías con conexión al enchufe de la red eléctrica.- Estándar de seguridad EN 60601-1-2 para EMC.- Salida macho conector Jack de 2 mm.

CONFORME:

EL ADJUDICATARIO

Madrid,

POR LA ADMINISTRACIÓN,
LA GERENTE ADJUNTA DE GESTIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Firmado digitalmente por: DE VARGAS CABEZUELO
MARIA MERCEDES - ***8729**
Fecha: 2024.09.10 18:51